国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 27 年 3 月 4 日（水）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq／kg)	放射性セシウム134 (Bq／kg)	放射性セシウム137 (Bq／kg)	備考
牛乳	神奈川県他9県	小中学校	＜1.74(検出限界値) 不検出	＜1.99(検出限界値) 不検出	＜1.65(検出限界値) 不検出	
鶏ひき肉	岩手県	第六小学校	＜5.79(検出限界値) 不検出	＜6.38(検出限界値) 不検出	＜5.44(検出限界値) 不検出	
こんにゃく	群馬県	第六小学校	＜5.96(検出限界値) 不検出	＜6.57(検出限界値) 不検出	＜5.60(検出限界値) 不検出	
ホウレンソウ	国分寺市	第六小学校	＜6.35(検出限界値) 不検出	＜7.00(検出限界値) 不検出	＜5.97(検出限界値) 不検出	
サトイモ	愛知県	第六小学校	＜6.08(検出限界値) 不検出	＜6.71(検出限界値) 不検出	＜5.72(検出限界値) 不検出	
ダイコン	神奈川県	第六小学校	＜6.14(検出限界値) 不検出	＜6.77(検出限界値) 不検出	＜5.77(検出限界値) 不検出	
シメジ	長野県	第十小学校	＜4.76(検出限界値) 不検出	＜5.22(検出限界値) 不検出	＜4.45(検出限界値) 不検出	
ニンジン	千葉県	第十小学校	＜5.69(検出限界値) 不検出	＜6.22(検出限界値) 不検出	＜5.41(検出限界値) 不検出	
ゴボウ	青森県	第十小学校	＜5.68(検出限界値) 不検出	＜6.21(検出限界値) 不検出	＜5.40(検出限界値) 不検出	
ナガネギ	国分寺市	第十小学校	＜6.08(検出限界値) 不検出	＜6.65(検出限界値) 不検出	＜5.78(検出限界値) 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 27 年 3 月 6 日（金）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq／kg)	放射性セシウム134 (Bq／kg)	放射性セシウム137 (Bq／kg)	備考
牛乳	神奈川県ほか9県	小中学校	＜1.79（検出限界値） 不検出	＜2.04（検出限界値） 不検出	＜1.68（検出限界値） 不検出	
豆腐	新潟県	第一小学校	＜5.40（検出限界値） 不検出	＜5.95（検出限界値） 不検出	＜5.07（検出限界値） 不検出	
里芋	千葉県	第一小学校	＜5.28（検出限界値） 不検出	＜5.82（検出限界値） 不検出	＜4.96（検出限界値） 不検出	
えのきたけ	長野県	第一小学校	＜5.89（検出限界値） 不検出	＜6.49（検出限界値） 不検出	＜5.53（検出限界値） 不検出	
ネギ	千葉県	第一小学校	＜5.73（検出限界値） 不検出	＜6.32（検出限界値） 不検出	＜5.39（検出限界値） 不検出	
じゃがいも	北海道	第四小学校	＜5.17（検出限界値） 不検出	＜5.65（検出限界値） 不検出	＜4.91（検出限界値） 不検出	
ニンジン	千葉県	第四小学校	＜5.57（検出限界値） 不検出	＜6.09（検出限界値） 不検出	＜5.29（検出限界値） 不検出	
ダイコン	神奈川県	第四小学校	＜5.81（検出限界値） 不検出	＜6.35（検出限界値） 不検出	＜5.52（検出限界値） 不検出	
ウド	国分寺市	第四小学校	＜5.40（検出限界値） 不検出	＜5.90（検出限界値） 不検出	＜5.13（検出限界値） 不検出	
インゲン	沖縄県	第四小学校	＜6.21（検出限界値） 不検出	＜6.79（検出限界値） 不検出	＜5.91（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 27 年 3 月 11 日（水）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 （Bq／kg）	放射性セシウム134 （Bq／kg）	放射性セシウム137 （Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県ほか9県	小中学校	＜1.74（検出限界値） 不検出	＜2.00（検出限界値） 不検出	＜1.66（検出限界値） 不検出	
みかん缶	和歌山県	第五小学校	＜5.48（検出限界値） 不検出	＜6.07（検出限界値） 不検出	＜5.10（検出限界値） 不検出	
しめじ	長野県	第五小学校	＜6.49（検出限界値） 不検出	＜7.12（検出限界値） 不検出	＜6.19（検出限界値） 不検出	
インゲン	沖縄県	第五小学校	＜6.19（検出限界値） 不検出	＜6.78（検出限界値） 不検出	＜5.90（検出限界値） 不検出	
キャベツ	愛知県	第五小学校	＜5.98（検出限界値） 不検出	＜6.56（検出限界値） 不検出	＜5.71（検出限界値） 不検出	
ウド	国分寺市	第九小学校	＜6.10（検出限界値） 不検出	＜6.76（検出限界値） 不検出	＜5.68（検出限界値） 不検出	
ジャガイモ	北海道	第九小学校	＜5.90（検出限界値） 不検出	＜6.54（検出限界値） 不検出	＜5.49（検出限界値） 不検出	
ダイコン	神奈川県	第九小学校	＜6.18（検出限界値） 不検出	＜6.84（検出限界値） 不検出	＜5.75（検出限界値） 不検出	
ニンジン	千葉県	第九小学校	＜6.28（検出限界値） 不検出	＜6.95（検出限界値） 不検出	＜5.84（検出限界値） 不検出	
ゴボウ	青森県	第九小学校	＜6.32（検出限界値） 不検出	＜7.00（検出限界値） 不検出	＜5.88（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 27 年 3 月 13 日（金）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 （Bq／kg）	放射性セシウム134 （Bq／kg）	放射性セシウム137 （Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県ほか9県	小中学校	＜1.24（検出限界値） 不検出	＜1.41（検出限界値） 不検出	＜1.17（検出限界値） 不検出	
精白米	青森県	小学校	＜5.25（検出限界値） 不検出	＜5.76（検出限界値） 不検出	＜5.01（検出限界値） 不検出	
精白米	北海道	中学校	＜5.42（検出限界値） 不検出	＜6.01（検出限界値） 不検出	＜5.05（検出限界値） 不検出	
ミズナ	茨城県	中学校	＜6.74（検出限界値） 不検出	＜7.39（検出限界値） 不検出	＜6.42（検出限界値） 不検出	
ハクサイ	茨城県	中学校	＜6.21（検出限界値） 不検出	＜6.88（検出限界値） 不検出	＜5.78（検出限界値） 不検出	
豆腐	新潟県	中学校	＜3.50（検出限界値） 不検出	＜3.79（検出限界値） 不検出	＜3.30（検出限界値） 不検出	
キャベツ	愛知県	中学校	＜6.35（検出限界値） 不検出	＜7.03（検出限界値） 不検出	＜5.91（検出限界値） 不検出	
ニンジン	北海道	中学校	＜6.16（検出限界値） 不検出	＜6.75（検出限界値） 不検出	＜5.87（検出限界値） 不検出	
豚肉	茨城県	中学校	＜5.10（検出限界値） 不検出	＜5.65（検出限界値） 不検出	＜4.75（検出限界値） 不検出	
インゲン	千葉県	中学校	＜5.88（検出限界値） 不検出	＜6.45（検出限界値） 不検出	＜5.61（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 27 年 3 月 18 日（水）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq／kg)	放射性セシウム134 (Bq／kg)	放射性セシウム137 (Bq／kg)	備考
牛乳	神奈川県ほか9県	小中学校	＜1.80(検出限界値) 不検出	＜2.05(検出限界値) 不検出	＜1.67(検出限界値) 不検出	
さつまいも	千葉県	第二小学校	＜6.37(検出限界値) 不検出	＜6.98(検出限界値) 不検出	＜6.08(検出限界値) 不検出	
チンゲンサイ	茨城県	第二小学校	＜5.55(検出限界値) 不検出	＜6.09(検出限界値) 不検出	＜5.30(検出限界値) 不検出	
ゴボウ	青森県	第二小学校	＜6.21(検出限界値) 不検出	＜6.82(検出限界値) 不検出	＜5.94(検出限界値) 不検出	
長ネギ	埼玉県	第二小学校	＜6.11(検出限界値) 不検出	＜6.70(検出限界値) 不検出	＜5.83(検出限界値) 不検出	
シメジ	長野県	第二小学校	＜5.77(検出限界値) 不検出	＜6.32(検出限界値) 不検出	＜5.51(検出限界値) 不検出	
ニンジン	千葉県	第八小学校	＜6.32(検出限界値) 不検出	＜7.00(検出限界値) 不検出	＜5.88(検出限界値) 不検出	
キャベツ	愛知県	第八小学校	＜6.15(検出限界値) 不検出	＜6.81(検出限界値) 不検出	＜5.72(検出限界値) 不検出	
ホウレンソウ	東京都	第八小学校	＜6.32(検出限界値) 不検出	＜7.00(検出限界値) 不検出	＜5.88(検出限界値) 不検出	
キュウリ	栃木県	第八小学校	＜6.14(検出限界値) 不検出	＜6.80(検出限界値) 不検出	＜5.71(検出限界値) 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 27 年 3 月 20 日（金）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq／kg)	放射性セシウム134 (Bq／kg)	放射性セシウム137 (Bq／kg)	備考
牛乳	神奈川県ほか9県	小中学校	＜1.74（検出限界値） 不検出	＜2.00（検出限界値） 不検出	＜1.66（検出限界値） 不検出	
豚ひき肉	埼玉県	第三小学校	＜6.15（検出限界値） 不検出	＜6.82（検出限界値） 不検出	＜5.73（検出限界値） 不検出	
タマネギ	北海道	第三小学校	＜6.13（検出限界値） 不検出	＜6.79（検出限界値） 不検出	＜5.71（検出限界値） 不検出	
ハクサイ	茨城県	第三小学校	＜6.36（検出限界値） 不検出	＜7.04（検出限界値） 不検出	＜5.91（検出限界値） 不検出	
キャベツ	愛知県	第三小学校	＜6.71（検出限界値） 不検出	＜7.44（検出限界値） 不検出	＜6.25（検出限界値） 不検出	
マッシュルーム	岡山県	第七小学校	＜6.73（検出限界値） 不検出	＜7.46（検出限界値） 不検出	＜6.26（検出限界値） 不検出	
ジャガイモ	北海道	第七小学校	＜5.38（検出限界値） 不検出	＜5.90（検出限界値） 不検出	＜5.14（検出限界値） 不検出	
えのきたけ	長野県	第七小学校	＜4.86（検出限界値） 不検出	＜5.36（検出限界値） 不検出	＜4.50（検出限界値） 不検出	
長ネギ	埼玉県	第七小学校	＜5.52（検出限界値） 不検出	＜6.06（検出限界値） 不検出	＜5.28（検出限界値） 不検出	
チンゲンサイ	茨城県	第七小学校	＜5.64（検出限界値） 不検出	＜6.18（検出限界値） 不検出	＜5.39（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg