国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　令和　元　年　11　月　1　日（金）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他9県	小中学校	＜1.65（検出限界値） 不検出	＜1.90（検出限界値） 不検出	＜1.60（検出限界値） 不検出	
しめじ	長野県	第五小学校	＜5.41（検出限界値） 不検出	＜6.10（検出限界値） 不検出	＜5.23（検出限界値） 不検出	
キャベツ	国分寺市	第五小学校	＜5.50（検出限界値） 不検出	＜6.20（検出限界値） 不検出	＜5.32（検出限界値） 不検出	
キュウリ	栃木県	第五小学校	＜5.41（検出限界値） 不検出	＜6.09（検出限界値） 不検出	＜5.22（検出限界値） 不検出	
長ネギ	秋田県	第五小学校	＜5.42（検出限界値） 不検出	＜6.11（検出限界値） 不検出	＜5.23（検出限界値） 不検出	
鶏肉	岩手県・青森県	第五小学校	＜5.40（検出限界値） 不検出	＜6.09（検出限界値） 不検出	＜5.22（検出限界値） 不検出	
ニンジン	北海道	第九小学校	＜5.34（検出限界値） 不検出	＜5.99（検出限界値） 不検出	＜5.17（検出限界値） 不検出	
ブロッコリー	長野県	第九小学校	＜5.23（検出限界値） 不検出	＜5.86（検出限界値） 不検出	＜5.06（検出限界値） 不検出	
ダイコン	茨城県	第九小学校	＜5.22（検出限界値） 不検出	＜5.86（検出限界値） 不検出	＜5.06（検出限界値） 不検出	
ゴボウ	青森県	第九小学校	＜5.47（検出限界値） 不検出	＜6.14（検出限界値） 不検出	＜5.30（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　令和　元　年　11　月　6　日（水）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他9県	小中学校	＜1.61（検出限界値） 不検出	＜1.86（検出限界値） 不検出	＜1.56（検出限界値） 不検出	
精白米	埼玉県	中学校	＜3.56（検出限界値） 不検出	＜3.97（検出限界値） 不検出	＜3.43（検出限界値） 不検出	
タマネギ	北海道	中学校	＜5.63（検出限界値） 不検出	＜6.35（検出限界値） 不検出	＜5.44（検出限界値） 不検出	
ニンジン	北海道	中学校	＜6.65（検出限界値） 不検出	＜7.46（検出限界値） 不検出	＜6.44（検出限界値） 不検出	
キャベツ	長野県	中学校	＜5.24（検出限界値） 不検出	＜5.91（検出限界値） 不検出	＜5.07（検出限界値） 不検出	
ホールコーン	北海道	中学校	＜5.05（検出限界値） 不検出	＜5.66（検出限界値） 不検出	＜4.89（検出限界値） 不検出	
キュウリ	埼玉県	中学校	＜5.34（検出限界値） 不検出	＜6.02（検出限界値） 不検出	＜5.16（検出限界値） 不検出	
じゃがいも	北海道	中学校	＜5.05（検出限界値） 不検出	＜5.66（検出限界値） 不検出	＜4.89（検出限界値） 不検出	
ホウレンソウ	栃木県	中学校	＜8.65（検出限界値） 不検出	＜9.76（検出限界値） 不検出	＜8.36（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　令和　元　年　11　月　8　日（金）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他9県	小中学校	＜1.65（検出限界値） 不検出	＜1.90（検出限界値） 不検出	＜1.60（検出限界値） 不検出	
レンコン	茨城県	第二小学校	＜5.09（検出限界値） 不検出	＜5.74（検出限界値） 不検出	＜4.92（検出限界値） 不検出	
ゴボウ	青森県	第二小学校	＜5.45（検出限界値） 不検出	＜6.15（検出限界値） 不検出	＜5.27（検出限界値） 不検出	
ダイコン	国分寺市	第二小学校	＜5.22（検出限界値） 不検出	＜5.89（検出限界値） 不検出	＜5.05（検出限界値） 不検出	
ハクサイ	長野県	第二小学校	＜4.94（検出限界値） 不検出	＜5.57（検出限界値） 不検出	＜4.78（検出限界値） 不検出	
リンゴ	青森県	第二小学校	＜5.43（検出限界値） 不検出	＜6.12（検出限界値） 不検出	＜5.25（検出限界値） 不検出	
じゃがいも	北海道	第八小学校	＜4.97（検出限界値） 不検出	＜5.58（検出限界値） 不検出	＜4.81（検出限界値） 不検出	
タマネギ	北海道	第八小学校	＜3.61（検出限界値） 不検出	＜4.04（検出限界値） 不検出	＜3.47（検出限界値） 不検出	
キャベツ	国分寺市	第八小学校	＜5.56（検出限界値） 不検出	＜6.24（検出限界値） 不検出	＜5.39（検出限界値） 不検出	
キュウリ	栃木県	第八小学校	＜5.07（検出限界値） 不検出	＜5.68（検出限界値） 不検出	＜4.91（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　令和　元　年　11　月　13　日（水）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他7県	小中学校	＜1.61（検出限界値） 不検出	＜1.86（検出限界値） 不検出	＜1.56（検出限界値） 不検出	
ハクサイ	長野県	第三小学校	＜5.10（検出限界値） 不検出	＜5.72（検出限界値） 不検出	＜4.94（検出限界値） 不検出	
さといも	国分寺市	第三小学校	＜5.32（検出限界値） 不検出	＜5.97（検出限界値） 不検出	＜5.15（検出限界値） 不検出	
しめじ	長野県	第三小学校	＜5.38（検出限界値） 不検出	＜6.03（検出限界値） 不検出	＜5.21（検出限界値） 不検出	
ダイコン	国分寺市	第三小学校	＜5.07（検出限界値） 不検出	＜5.69（検出限界値） 不検出	＜4.91（検出限界値） 不検出	
ニンジン	国分寺市	第三小学校	＜4.00（検出限界値） 不検出	＜4.49（検出限界値） 不検出	＜3.85（検出限界値） 不検出	
ナガネギ	国分寺市	第七小学校	＜5.34（検出限界値） 不検出	＜6.02（検出限界値） 不検出	＜5.16（検出限界値） 不検出	
コマツナ	秋田県	第七小学校	＜4.98（検出限界値） 不検出	＜5.61（検出限界値） 不検出	＜4.81（検出限界値） 不検出	
ゴボウ	青森県	第七小学校	＜5.21（検出限界値） 不検出	＜5.87（検出限界値） 不検出	＜5.03（検出限界値） 不検出	
さつまいも	国分寺市	第七小学校	＜5.22（検出限界値） 不検出	＜5.88（検出限界値） 不検出	＜5.04（検出限界値） 不検出	

備　考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　令和　元　年　11　月　15　日（金）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他7県	小中学校	＜1.61（検出限界値） 不検出	＜1.86（検出限界値） 不検出	＜1.56（検出限界値） 不検出	
長ネギ	国分寺市	第六小学校	＜5.08（検出限界値） 不検出	＜5.72（検出限界値） 不検出	＜4.90（検出限界値） 不検出	
ミカン	愛媛県	第六小学校	＜5.71（検出限界値） 不検出	＜6.44（検出限界値） 不検出	＜5.52（検出限界値） 不検出	
ゴボウ	青森県	第六小学校	＜5.81（検出限界値） 不検出	＜6.55（検出限界値） 不検出	＜5.61（検出限界値） 不検出	
豚肉	埼玉県	第六小学校	＜5.29（検出限界値） 不検出	＜5.96（検出限界値） 不検出	＜5.11（検出限界値） 不検出	
ニンジン	北海道	第十小学校	＜5.68（検出限界値） 不検出	＜6.37（検出限界値） 不検出	＜5.50（検出限界値） 不検出	
タマネギ	北海道	第十小学校	＜4.90（検出限界値） 不検出	＜5.49（検出限界値） 不検出	＜4.74（検出限界値） 不検出	
キャベツ	国分寺市	第十小学校	＜6.51（検出限界値） 不検出	＜7.30（検出限界値） 不検出	＜6.30（検出限界値） 不検出	
ダイコン	国分寺市	第十小学校	＜5.54（検出限界値） 不検出	＜6.21（検出限界値） 不検出	＜5.36（検出限界値） 不検出	
じゃがいも	北海道	第十小学校	＜5.09（検出限界値） 不検出	＜5.71（検出限界値） 不検出	＜4.93（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　令和　元　年　11　月　20　日（水）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他7県	小中学校	＜1.65（検出限界値） 不検出	＜1.90（検出限界値） 不検出	＜1.60（検出限界値） 不検出	
カブ	千葉県	第一小学校	＜3.82（検出限界値） 不検出	＜4.28（検出限界値） 不検出	＜3.67（検出限界値） 不検出	
キュウリ	茨城県	第一小学校	＜5.14（検出限界値） 不検出	＜5.77（検出限界値） 不検出	＜4.98（検出限界値） 不検出	
ゴボウ	青森県	第一小学校	＜5.55（検出限界値） 不検出	＜6.22（検出限界値） 不検出	＜5.37（検出限界値） 不検出	
じゃがいも	北海道	第一小学校	＜5.24（検出限界値） 不検出	＜5.87（検出限界値） 不検出	＜5.07（検出限界値） 不検出	
ダイコン	国分寺市	第四小学校	＜5.20（検出限界値） 不検出	＜5.86（検出限界値） 不検出	＜5.02（検出限界値） 不検出	
長ネギ	秋田県	第四小学校	＜5.23（検出限界値） 不検出	＜5.89（検出限界値） 不検出	＜5.05（検出限界値） 不検出	
里芋	国分寺市	第四小学校	＜5.07（検出限界値） 不検出	＜5.72（検出限界値） 不検出	＜4.90（検出限界値） 不検出	
ニンジン	千葉県	第四小学校	＜5.28（検出限界値） 不検出	＜5.95（検出限界値） 不検出	＜5.10（検出限界値） 不検出	
しめじ	長野県	第四小学校	＜5.44（検出限界値） 不検出	＜6.13（検出限界値） 不検出	＜5.26（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　令和　元　年　11　月　22　日（金）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他7県	小中学校	＜1.61（検出限界値） 不検出	＜1.85（検出限界値） 不検出	＜1.56（検出限界値） 不検出	
豚肉	栃木県	第五小学校	＜4.94（検出限界値） 不検出	＜5.57（検出限界値） 不検出	＜4.82（検出限界値） 不検出	
モヤシ	栃木県	第五小学校	＜5.21（検出限界値） 不検出	＜5.88（検出限界値） 不検出	＜5.08（検出限界値） 不検出	
コマツナ	東京都	第五小学校	＜5.27（検出限界値） 不検出	＜5.95（検出限界値） 不検出	＜5.15（検出限界値） 不検出	
ニラ	茨城県	第五小学校	＜5.82（検出限界値） 不検出	＜6.56（検出限界値） 不検出	＜5.68（検出限界値） 不検出	
わかめ	北海道	第五小学校	＜5.26（検出限界値） 不検出	＜5.94（検出限界値） 不検出	＜5.14（検出限界値） 不検出	
ショウガ	高知県	第九小学校	＜5.68（検出限界値） 不検出	＜6.38（検出限界値） 不検出	＜5.50（検出限界値） 不検出	
ニンジン	千葉県	第九小学校	＜5.50（検出限界値） 不検出	＜6.18（検出限界値） 不検出	＜5.33（検出限界値） 不検出	
ハクサイ	茨城県	第九小学校	＜5.25（検出限界値） 不検出	＜5.89（検出限界値） 不検出	＜5.08（検出限界値） 不検出	
ピーマン	茨城県	第九小学校	＜5.61（検出限界値） 不検出	＜6.30（検出限界値） 不検出	＜5.43（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　令和　元　年　11　月　27　日（水）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他7県	小中学校	＜1.65（検出限界値） 不検出	＜1.91（検出限界値） 不検出	＜1.61（検出限界値） 不検出	
精白米	埼玉県	小中学校	＜3.53（検出限界値） 不検出	＜3.94（検出限界値） 不検出	＜3.39（検出限界値） 不検出	
ニンジン	国分寺市	中学校	＜5.23（検出限界値） 不検出	＜5.88（検出限界値） 不検出	＜5.08（検出限界値） 不検出	
ミニトマト	熊本県	中学校	＜5.66（検出限界値） 不検出	＜6.35（検出限界値） 不検出	＜5.47（検出限界値） 不検出	
レンコン	茨城県	中学校	＜2.64（検出限界値） 不検出	＜2.95（検出限界値） 3.12	＜2.55（検出限界値） 3.96	
キャベツ	国分寺市	中学校	＜5.30（検出限界値） 不検出	＜5.95（検出限界値） 不検出	＜5.12（検出限界値） 不検出	
ホウレンソウ	埼玉県	中学校	＜4.95（検出限界値） 不検出	＜5.57（検出限界値） 不検出	＜4.80（検出限界値） 不検出	
エリンギ	長野県	中学校	＜5.73（検出限界値） 不検出	＜6.43（検出限界値） 不検出	＜5.54（検出限界値） 不検出	
モヤシ	神奈川県	中学校	＜5.49（検出限界値） 不検出	＜6.18（検出限界値） 不検出	＜5.34（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　令和　元　年　11　月　29　日（金）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他7県	小中学校	＜1.61（検出限界値） 不検出	＜1.85（検出限界値） 不検出	＜1.56（検出限界値） 不検出	
さやいんげん	長崎県	第二小学校	＜5.32（検出限界値） 不検出	＜5.96（検出限界値） 不検出	＜5.13（検出限界値） 不検出	
ニンジン	千葉県	第二小学校	＜5.32（検出限界値） 不検出	＜5.97（検出限界値） 不検出	＜5.14（検出限界値） 不検出	
なめこ	長野県	第二小学校	＜5.16（検出限界値） 不検出	＜5.78（検出限界値） 不検出	＜4.98（検出限界値） 不検出	
みかん	佐賀県	第二小学校	＜5.63（検出限界値） 不検出	＜6.31（検出限界値） 不検出	＜5.44（検出限界値） 不検出	
ゴボウ	青森県	第八小学校	＜5.31（検出限界値） 不検出	＜5.98（検出限界値） 不検出	＜5.16（検出限界値） 不検出	
ハクサイ	群馬県	第八小学校	＜5.15（検出限界値） 不検出	＜5.80（検出限界値） 不検出	＜5.00（検出限界値） 不検出	
ダイコン	国分寺市	第八小学校	＜5.23（検出限界値） 不検出	＜5.88（検出限界値） 不検出	＜5.08（検出限界値） 不検出	
ナガネギ	国分寺市	第八小学校	＜5.22（検出限界値） 不検出	＜5.87（検出限界値） 不検出	＜5.07（検出限界値） 不検出	
ホウレンソウ	国分寺市	第八小学校	＜5.44（検出限界値） 不検出	＜6.12（検出限界値） 不検出	＜5.29（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg