国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　令和　2　年　6　月　10　日（水）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他6県	小中学校	＜1.61（検出限界値） 不検出	＜1.85（検出限界値） 不検出	＜1.57（検出限界値） 不検出	
精白米	埼玉県	小学校	＜3.55（検出限界値） 不検出	＜4.00（検出限界値） 不検出	＜3.46（検出限界値） 不検出	
精白米	埼玉県	中学校	＜3.51（検出限界値） 不検出	＜3.93（検出限界値） 不検出	＜3.41（検出限界値） 不検出	
モヤシ	神奈川県	中学校	＜5.00（検出限界値） 不検出	＜5.66（検出限界値） 不検出	＜4.90（検出限界値） 不検出	
しめじ	長野県	中学校	＜5.67（検出限界値） 不検出	＜6.39（検出限界値） 不検出	＜5.54（検出限界値） 不検出	
ニンジン	千葉県	中学校	＜5.09（検出限界値） 不検出	＜5.77（検出限界値） 不検出	＜4.99（検出限界値） 不検出	
タマネギ	愛知県	中学校	＜5.45（検出限界値） 不検出	＜6.14（検出限界値） 不検出	＜5.32（検出限界値） 不検出	
エリンギ	長野県	中学校	＜5.12（検出限界値） 不検出	＜5.80（検出限界値） 不検出	＜5.02（検出限界値） 不検出	
キャベツ	愛知県	中学校	＜5.30（検出限界値） 不検出	＜5.97（検出限界値） 不検出	＜5.18（検出限界値） 不検出	
チンゲンサイ	茨城県	中学校	＜5.22（検出限界値） 不検出	＜5.91（検出限界値） 不検出	＜5.12（検出限界値） 不検出	

備　考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　令和　2　年　6　月　17　日（水）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他6県	小中学校	＜1.64（検出限界値） 不検出	＜1.92（検出限界値） 不検出	＜1.61（検出限界値） 不検出	
しめじ	長野県	第二小学校	＜5.63（検出限界値） 不検出	＜6.39（検出限界値） 不検出	＜5.53（検出限界値） 不検出	
椎茸	長野県	第二小学校	＜5.50（検出限界値） 不検出	＜6.24（検出限界値） 不検出	＜5.40（検出限界値） 不検出	
ニガウリ	沖縄県	第二小学校	＜5.66（検出限界値） 不検出	＜6.42（検出限界値） 不検出	＜5.56（検出限界値） 不検出	
ニンジン	千葉県	第八小学校	＜5.12（検出限界値） 不検出	＜5.76（検出限界値） 不検出	＜5.00（検出限界値） 不検出	
ゴボウ	青森県	第八小学校	＜5.38（検出限界値） 不検出	＜6.06（検出限界値） 不検出	＜5.26（検出限界値） 不検出	
サヤインゲン	東京都	第八小学校	＜5.31（検出限界値） 不検出	＜5.98（検出限界値） 不検出	＜5.18（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　令和　2　年　6　月　24　日（水）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他6県	小中学校	＜1.61（検出限界値） 不検出	＜1.86（検出限界値） 不検出	＜1.57（検出限界値） 不検出	
ハクサイ	長野県	第三小学校	＜5.26（検出限界値） 不検出	＜5.93（検出限界値） 不検出	＜5.14（検出限界値） 不検出	
コマツナ	東京都	第三小学校	＜5.46（検出限界値） 不検出	＜6.15（検出限界値） 不検出	＜5.34（検出限界値） 不検出	
鶏肉	岩手県・青森県	第三小学校	＜5.11（検出限界値） 不検出	＜5.75（検出限界値） 不検出	＜4.99（検出限界値） 不検出	
木綿豆腐	新潟県	第七小学校	＜5.31（検出限界値） 不検出	＜6.01（検出限界値） 不検出	＜5.20（検出限界値） 不検出	
ショウガ	高知県	第七小学校	＜5.28（検出限界値） 不検出	＜5.99（検出限界値） 不検出	＜5.18（検出限界値） 不検出	
ニンジン	千葉県	第七小学校	＜5.49（検出限界値） 不検出	＜6.22（検出限界値） 不検出	＜5.38（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg