国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 30 年 10 月 3 日（水）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他9県	小中学校	＜1.67（検出限界値） 不検出	＜1.88（検出限界値） 不検出	＜1.61（検出限界値） 不検出	
ダイコン	北海道	第五小学校	＜5.11（検出限界値） 不検出	＜5.73（検出限界値） 不検出	＜4.87（検出限界値） 不検出	
チンゲンサイ	静岡県	第五小学校	＜5.81（検出限界値） 不検出	＜6.45（検出限界値） 不検出	＜5.60（検出限界値） 不検出	
鶏ひき肉	宮崎県	第五小学校	＜5.23（検出限界値） 不検出	＜5.86（検出限界値） 不検出	＜4.98（検出限界値） 不検出	
タケノコ	福岡県・熊本県	第五小学校	＜5.62（検出限界値） 不検出	＜6.24（検出限界値） 不検出	＜5.42（検出限界値） 不検出	
じゃがいも	北海道	第五小学校	＜5.37（検出限界値） 不検出	＜6.02（検出限界値） 不検出	＜5.11（検出限界値） 不検出	
ナガネギ	秋田県	第九小学校	＜5.77（検出限界値） 不検出	＜6.41（検出限界値） 不検出	＜5.57（検出限界値） 不検出	
ニンジン	北海道	第九小学校	＜5.35（検出限界値） 不検出	＜6.00（検出限界値） 不検出	＜5.09（検出限界値） 不検出	
タマネギ	北海道	第九小学校	＜4.02（検出限界値） 不検出	＜4.48（検出限界値） 不検出	＜3.80（検出限界値） 不検出	
ハクサイ	長野県	第九小学校	＜5.30（検出限界値） 不検出	＜5.94（検出限界値） 不検出	＜5.05（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 30 年 10 月 5 日（金）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他8県	小中学校	＜1.71（検出限界値） 不検出	＜1.92（検出限界値） 不検出	＜1.62（検出限界値） 不検出	
精白米	埼玉県	小学校	＜3.71（検出限界値） 不検出	＜4.10（検出限界値） 不検出	＜3.56（検出限界値） 不検出	
精白米	青森県	中学校	＜3.59（検出限界値） 不検出	＜4.01（検出限界値） 不検出	＜3.40（検出限界値） 不検出	
鶏ひき肉	岩手県	中学校	＜5.50（検出限界値） 不検出	＜6.11（検出限界値） 不検出	＜5.30（検出限界値） 不検出	
ニンジン	北海道	中学校	＜5.78（検出限界値） 不検出	＜6.47（検出限界値） 不検出	＜5.50（検出限界値） 不検出	
タマネギ	北海道	中学校	＜5.32（検出限界値） 不検出	＜5.91（検出限界値） 不検出	＜5.13（検出限界値） 不検出	
キュウリ	神奈川県	中学校	＜5.67（検出限界値） 不検出	＜6.35（検出限界値） 不検出	＜5.40（検出限界値） 不検出	
ハクサイ	茨城県	中学校	＜5.58（検出限界値） 不検出	＜6.20（検出限界値） 不検出	＜5.39（検出限界値） 不検出	
チンゲンサイ	茨城県	中学校	＜5.75（検出限界値） 不検出	＜6.45（検出限界値） 不検出	＜5.48（検出限界値） 不検出	
ホールコーン	北海道	中学校	＜5.53（検出限界値） 不検出	＜6.15（検出限界値） 不検出	＜5.34（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 30 年 10 月 10 日（水）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他9県	小中学校	＜1.70（検出限界値） 不検出	＜1.92（検出限界値） 不検出	＜1.64（検出限界値） 不検出	
さつまいも	千葉県	第二小学校	＜5.67（検出限界値） 不検出	＜6.38（検出限界値） 不検出	＜5.49（検出限界値） 不検出	
ニンジン	北海道	第二小学校	＜5.66（検出限界値） 不検出	＜6.37（検出限界値） 不検出	＜5.48（検出限界値） 不検出	
パセリ	千葉県	第二小学校	＜5.79（検出限界値） 不検出	＜6.52（検出限界値） 不検出	＜5.61（検出限界値） 不検出	
マッシュルーム	岡山県	第二小学校	＜5.74（検出限界値） 不検出	＜6.46（検出限界値） 不検出	＜5.56（検出限界値） 不検出	
ミカン	国分寺市	第八小学校	＜5.63（検出限界値） 不検出	＜6.25（検出限界値） 不検出	＜5.43（検出限界値） 不検出	
えのき	長野県	第八小学校	＜5.58（検出限界値） 不検出	＜6.21（検出限界値） 不検出	＜5.39（検出限界値） 不検出	
キュウリ	群馬県	第八小学校	＜5.59（検出限界値） 不検出	＜6.22（検出限界値） 不検出	＜5.40（検出限界値） 不検出	
ダイコン	北海道	第八小学校	＜5.48（検出限界値） 不検出	＜6.09（検出限界値） 不検出	＜5.28（検出限界値） 不検出	
ゴボウ	青森県	第八小学校	＜5.50（検出限界値） 不検出	＜6.11（検出限界値） 不検出	＜5.30（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 30 年 10 月 12 日（金）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他7県	小中学校	＜1.67（検出限界値） 不検出	＜1.87（検出限界値） 不検出	＜1.60（検出限界値） 不検出	
インゲン	群馬県	第三小学校	＜5.44（検出限界値） 不検出	＜6.05（検出限界値） 不検出	＜5.25（検出限界値） 不検出	
キュウリ	栃木県	第三小学校	＜5.60（検出限界値） 不検出	＜6.22（検出限界値） 不検出	＜5.40（検出限界値） 不検出	
ニンジン	国分寺市	第三小学校	＜5.51（検出限界値） 不検出	＜6.13（検出限界値） 不検出	＜5.32（検出限界値） 不検出	
ミニトマト	静岡県	第三小学校	＜5.46（検出限界値） 不検出	＜6.07（検出限界値） 不検出	＜5.27（検出限界値） 不検出	
じゃがいも	北海道	第七小学校	＜5.44（検出限界値） 不検出	＜6.12（検出限界値） 不検出	＜5.27（検出限界値） 不検出	
タマネギ	北海道	第七小学校	＜5.82（検出限界値） 不検出	＜6.54（検出限界値） 不検出	＜5.63（検出限界値） 不検出	
コマツナ	東京都	第七小学校	＜5.72（検出限界値） 不検出	＜6.44（検出限界値） 不検出	＜5.54（検出限界値） 不検出	
ミズナ	埼玉県	第七小学校	＜6.39（検出限界値） 不検出	＜7.20（検出限界値） 不検出	＜6.19（検出限界値） 不検出	
キャベツ	長野県	第七小学校	＜6.19（検出限界値） 不検出	＜6.97（検出限界値） 不検出	＜5.99（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 30 年 10 月 17 日（水）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他7県	小中学校	＜1.70（検出限界値） 不検出	＜1.92（検出限界値） 不検出	＜1.64（検出限界値） 不検出	
干ししいたけ	大分県	第六小学校	＜3.70（検出限界値） 不検出	＜4.19（検出限界値） 不検出	＜3.57（検出限界値） 不検出	
トウガン	国分寺市	第六小学校	＜5.18（検出限界値） 不検出	＜5.83（検出限界値） 不検出	＜5.02（検出限界値） 不検出	
ハクサイ	長野県	第六小学校	＜5.81（検出限界値） 不検出	＜6.54（検出限界値） 不検出	＜5.63（検出限界値） 不検出	
インゲン	茨城県	第六小学校	＜6.99（検出限界値） 不検出	＜7.86（検出限界値） 不検出	＜6.77（検出限界値） 不検出	
鶏肉	山梨県	第十小学校	＜5.41（検出限界値） 不検出	＜6.16（検出限界値） 不検出	＜5.24（検出限界値） 不検出	
タマネギ	北海道	第十小学校	＜5.62（検出限界値） 不検出	＜6.40（検出限界値） 不検出	＜5.44（検出限界値） 不検出	
チンゲンサイ	静岡県	第十小学校	＜5.81（検出限界値） 不検出	＜6.62（検出限界値） 不検出	＜5.64（検出限界値） 不検出	
モヤシ	栃木県	第十小学校	＜5.83（検出限界値） 不検出	＜6.64（検出限界値） 不検出	＜5.65（検出限界値） 不検出	
ニンジン	北海道	第十小学校	＜5.80（検出限界値） 不検出	＜6.61（検出限界値） 不検出	＜5.62（検出限界値） 不検出	

備考

○ 0

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 30 年 10 月 19 日（金）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他7県	小中学校	＜1.70（検出限界値） 不検出	＜1.92（検出限界値） 不検出	＜1.64（検出限界値） 不検出	
セロリ	長野県	第一小学校	＜5.32（検出限界値） 不検出	＜5.98（検出限界値） 不検出	＜5.15（検出限界値） 不検出	
ピーマン	茨城県	第一小学校	＜5.33（検出限界値） 不検出	＜5.99（検出限界値） 不検出	＜5.16（検出限界値） 不検出	
ダイコン	青森県	第一小学校	＜5.19（検出限界値） 不検出	＜5.84（検出限界値） 不検出	＜5.02（検出限界値） 不検出	
マッシュルーム	岡山県	第一小学校	＜5.15（検出限界値） 不検出	＜5.79（検出限界値） 不検出	＜4.99（検出限界値） 不検出	
長ネギ	岩手県	第四小学校	＜5.71（検出限界値） 不検出	＜6.51（検出限界値） 不検出	＜5.52（検出限界値） 不検出	
じゃがいも	北海道	第四小学校	＜5.41（検出限界値） 不検出	＜6.17（検出限界値） 不検出	＜5.23（検出限界値） 不検出	
ニンジン	北海道	第四小学校	＜5.43（検出限界値） 不検出	＜6.19（検出限界値） 不検出	＜5.25（検出限界値） 不検出	
ダイコン	茨城県	第四小学校	＜5.50（検出限界値） 不検出	＜6.27（検出限界値） 不検出	＜5.32（検出限界値） 不検出	
カブ	東京都・埼玉県	第四小学校	＜5.33（検出限界値） 不検出	＜6.07（検出限界値） 不検出	＜5.15（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 30 年 10 月 24 日（水）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他7県	小中学校	＜1.66（検出限界値） 不検出	＜1.90（検出限界値） 不検出	＜1.59（検出限界値） 不検出	
米粒麦	福井県・長野県富山県	第五小学校	＜3.71（検出限界値） 不検出	＜4.19（検出限界値） 不検出	＜3.55（検出限界値） 不検出	
ニンジン	北海道	第五小学校	＜5.44（検出限界値） 不検出	＜6.17（検出限界値） 不検出	＜5.23（検出限界値） 不検出	
生わかめ	北海道	第五小学校	＜5.06（検出限界値） 不検出	＜5.74（検出限界値） 不検出	＜4.87（検出限界値） 不検出	
ナガネギ	岩手県	第五小学校	＜5.38（検出限界値） 不検出	＜6.11（検出限界値） 不検出	＜5.18（検出限界値） 不検出	
キャベツ	国分寺市	第九小学校	＜5.66（検出限界値） 不検出	＜6.39（検出限界値） 不検出	＜5.50（検出限界値） 不検出	
キュウリ	群馬県	第九小学校	＜5.63（検出限界値） 不検出	＜6.35（検出限界値） 不検出	＜5.47（検出限界値） 不検出	
チンゲンサイ	茨城県	第九小学校	＜5.62（検出限界値） 不検出	＜6.34（検出限界値） 不検出	＜5.46（検出限界値） 不検出	
しめじ	長野県	第九小学校	＜5.70（検出限界値） 不検出	＜6.44（検出限界値） 不検出	＜5.54（検出限界値） 不検出	
タマネギ	北海道	第九小学校	＜5.64（検出限界値） 不検出	＜6.36（検出限界値） 不検出	＜5.48（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 30 年 10 月 26 日（金）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他7県	小中学校	＜1.66（検出限界値） 不検出	＜1.90（検出限界値） 不検出	＜1.59（検出限界値） 不検出	
精白米	埼玉県	小学校	＜3.58（検出限界値） 不検出	＜4.02（検出限界値） 不検出	＜3.47（検出限界値） 不検出	
精白米	青森県	中学校	＜3.59（検出限界値） 不検出	＜4.05（検出限界値） 不検出	＜3.43（検出限界値） 不検出	
わかめ	北海道	中学校	＜5.31（検出限界値） 不検出	＜5.99（検出限界値） 不検出	＜5.16（検出限界値） 不検出	
モヤシ	神奈川県	中学校	＜5.62（検出限界値） 不検出	＜6.37（検出限界値） 不検出	＜5.40（検出限界値） 不検出	
ゴボウ	青森県	中学校	＜5.44（検出限界値） 不検出	＜6.13（検出限界値） 不検出	＜5.29（検出限界値） 不検出	
ナス	高知県	中学校	＜5.62（検出限界値） 不検出	＜6.38（検出限界値） 不検出	＜5.40（検出限界値） 不検出	
しめじ	長野県	中学校	＜5.31（検出限界値） 不検出	＜5.99（検出限界値） 不検出	＜5.16（検出限界値） 不検出	
カブ	栃木県	中学校	＜5.49（検出限界値） 不検出	＜6.23（検出限界値） 不検出	＜5.28（検出限界値） 不検出	
さつまいも	千葉県	中学校	＜5.13（検出限界値） 不検出	＜5.79（検出限界値） 不検出	＜4.99（検出限界値） 不検出	

備考

○ 0

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 30 年 10 月 31 日（水）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他7県	小中学校	＜1.66（検出限界値） 不検出	＜1.90（検出限界値） 不検出	＜1.59（検出限界値） 不検出	
切干大根	宮崎県	第二小学校	＜5.55（検出限界値） 不検出	＜6.27（検出限界値） 不検出	＜5.40（検出限界値） 不検出	
さといも	国分寺市	第二小学校	＜5.24（検出限界値） 不検出	＜5.92（検出限界値） 不検出	＜5.10（検出限界値） 不検出	
ゴボウ	青森県	第二小学校	＜6.30（検出限界値） 不検出	＜7.11（検出限界値） 不検出	＜6.12（検出限界値） 不検出	
ダイコン	国分寺市	第二小学校	＜5.38（検出限界値） 不検出	＜6.07（検出限界値） 不検出	＜5.23（検出限界値） 不検出	
りんご	青森県	第二小学校	＜5.70（検出限界値） 不検出	＜6.43（検出限界値） 不検出	＜5.54（検出限界値） 不検出	
ナガネギ	国分寺市	第八小学校	＜5.80（検出限界値） 不検出	＜6.58（検出限界値） 不検出	＜5.58（検出限界値） 不検出	
ニンジン	国分寺市	第八小学校	＜4.12（検出限界値） 不検出	＜4.62（検出限界値） 不検出	＜3.98（検出限界値） 不検出	
ダイコン葉	国分寺市	第八小学校	＜5.78（検出限界値） 不検出	＜6.56（検出限界値） 不検出	＜5.56（検出限界値） 不検出	
豚肉	千葉県	第八小学校	＜5.31（検出限界値） 不検出	＜6.02（検出限界値） 不検出	＜5.10（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg