

# 国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 平成 25 年 10 月 16 日(水)

◆測定対象施設 小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq/kg)	放射性セシウム134 (Bq/kg)	放射性セシウム137 (Bq/kg)	備考
牛乳	主に神奈川県	小中学校	<1.78(検出限界値) 不検出	<1.97(検出限界値) 不検出	<1.67(検出限界値) 不検出	
米(小学校)	青森県	小学校	<5.46(検出限界値) 不検出	<5.78(検出限界値) 不検出	<5.12(検出限界値) 不検出	
米(中学校)	北海道	中学校	<5.20(検出限界値) 不検出	<5.50(検出限界値) 不検出	<4.87(検出限界値) 不検出	
ハクサイ	長野県	中学校	<5.79(検出限界値) 不検出	<6.12(検出限界値) 不検出	<5.42(検出限界値) 不検出	
ニラ	茨城県	中学校	<5.69(検出限界値) 不検出	<6.01(検出限界値) 不検出	<5.33(検出限界値) 不検出	
豚肉	岩手県	中学校	<5.56(検出限界値) 不検出	<5.90(検出限界値) 不検出	<5.19(検出限界値) 不検出	
ゴボウ	群馬県	中学校	<6.55(検出限界値) 不検出	<6.95(検出限界値) 不検出	<6.11(検出限界値) 不検出	
レンコン	茨城県	中学校	<6.48(検出限界値) 不検出	<6.88(検出限界値) 不検出	<6.05(検出限界値) 不検出	
インゲン	茨城県	中学校	<6.51(検出限界値) 不検出	<6.91(検出限界値) 不検出	<6.07(検出限界値) 不検出	
キャベツ	群馬県	中学校	<6.66(検出限界値) 不検出	<7.08(検出限界値) 不検出	<6.22(検出限界値) 不検出	

備考

- 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ (NaIシンチレーション検出器) ◇EMFジャパン株式会社
- 測定の結果数値が、検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”<○○(検出限界値)”と示しています。  
※○○には検出限界値が入ります。
- 「検出限界値」とは、その分析法や計測機器で検出できる最小値(最小限度)のことをいい、この値は、測定環境(自然に存在する大気中の放射線量等)、測定条件(時間、食品重量等)、検査対象品目によって異なります。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg