国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測 定 実 施 日　平成 30 年 2 月 2 日(金)

◆測定対象施設　小中学校

測 定 品 目	産 地	施 設 名	放射性ヨウ素131 (Bq／kg)	放射性セシウム134 (Bq／kg)	放射性セシウム137 (Bq／kg)	備考
牛乳	神奈川県他8県	小中学校	＜1.68(検出限界値) 不検出	＜1.87(検出限界値) 不検出	＜1.60(検出限界値) 不検出	
コマツナ	東京都	第三小学校	＜2.75(検出限界値) 不検出	＜3.10(検出限界値) 不検出	＜2.60(検出限界値) 不検出	
ニンジン	国分寺市	第三小学校	＜5.34(検出限界値) 不検出	＜6.08(検出限界値) 不検出	＜5.09(検出限界値) 不検出	
しめじ	長野県	第三小学校	＜3.98(検出限界値) 不検出	＜4.34(検出限界値) 不検出	＜3.75(検出限界値) 不検出	
じゃがいも	北海道	第三小学校	＜5.21(検出限界値) 不検出	＜5.93(検出限界値) 不検出	＜4.97(検出限界値) 不検出	
タマネギ	北海道	第七小学校	＜5.50(検出限界値) 不検出	＜6.03(検出限界値) 不検出	＜5.21(検出限界値) 不検出	
ダイコン	神奈川県	第七小学校	＜5.43(検出限界値) 不検出	＜5.96(検出限界値) 不検出	＜5.15(検出限界値) 不検出	
キュウリ	栃木県	第七小学校	＜5.61(検出限界値) 不検出	＜6.15(検出限界値) 不検出	＜5.32(検出限界値) 不検出	
ナガネギ	国分寺市	第七小学校	＜5.10(検出限界値) 不検出	＜5.81(検出限界値) 不検出	＜4.87(検出限界値) 不検出	
チンゲンサイ	静岡県	第七小学校	＜5.66(検出限界値) 不検出	＜6.21(検出限界値) 不検出	＜5.37(検出限界値) 不検出	

備 考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜〇〇（検出限界値）”と示しています。
※〇〇には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測 定 実 施 日　平成 30 年 2 月 7 日（水）

◆測定対象施設　小中学校

測 定 品 目	産 地	施 設 名	放射性ヨウ素131 （Bq／kg）	放射性セシウム134 （Bq／kg）	放射性セシウム137 （Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他9県	小中学校	＜1.68（検出限界値） 不検出	＜1.87（検出限界値） 不検出	＜1.60（検出限界値） 不検出	
豚肉	埼玉県	第六小学校	＜5.69（検出限界値） 不検出	＜6.24（検出限界値） 不検出	＜5.40（検出限界値） 不検出	
大豆	北海道	第六小学校	＜9.49（検出限界値） 不検出	＜10.41（検出限界値） 不検出	＜9.00（検出限界値） 不検出	
コマツナ	東京都	第六小学校	＜5.11（検出限界値） 不検出	＜5.60（検出限界値） 不検出	＜4.84（検出限界値） 不検出	
ウド	国分寺市	第六小学校	＜5.64（検出限界値） 不検出	＜6.19（検出限界値） 不検出	＜5.35（検出限界値） 不検出	
いよかん	愛媛県	第六小学校	＜6.18（検出限界値） 不検出	＜6.78（検出限界値） 不検出	＜5.86（検出限界値） 不検出	
じゃがいも	北海道	第十小学校	＜5.00（検出限界値） 不検出	＜5.69（検出限界値） 不検出	＜4.77（検出限界値） 不検出	
タマネギ	北海道	第十小学校	＜5.39（検出限界値） 不検出	＜6.14（検出限界値） 不検出	＜5.15（検出限界値） 不検出	
ニンジン	千葉県	第十小学校	＜5.22（検出限界値） 不検出	＜5.94（検出限界値） 不検出	＜4.98（検出限界値） 不検出	
キャベツ	愛知県	第十小学校	＜5.23（検出限界値） 不検出	＜5.95（検出限界値） 不検出	＜4.99（検出限界値） 不検出	

備 考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測 定 実 施 日　平成 30 年 2 月 9 日(金)

◆測定対象施設　小中学校

測 定 品 目	産 地	施 設 名	放射性ヨウ素131 (Bq／kg)	放射性セシウム134 (Bq／kg)	放射性セシウム137 (Bq／kg)	備考
牛乳	神奈川県他9県	小中学校	＜1.68(検出限界値) 不検出	＜1.87(検出限界値) 不検出	＜1.60(検出限界値) 不検出	
鶏ひき肉	茨城県	第一小学校	＜5.43(検出限界値) 不検出	＜5.96(検出限界値) 不検出	＜5.15(検出限界値) 不検出	
ピーマン	宮崎県	第一小学校	＜5.46(検出限界値) 不検出	＜5.98(検出限界値) 不検出	＜5.17(検出限界値) 不検出	
タマネギ	北海道	第一小学校	＜3.76(検出限界値) 不検出	＜4.26(検出限界値) 不検出	＜3.57(検出限界値) 不検出	
ダイコン	神奈川県	第一小学校	＜3.74(検出限界値) 不検出	＜4.23(検出限界値) 不検出	＜3.55(検出限界値) 不検出	
ナガネギ	群馬県	第一小学校	＜5.63(検出限界値) 不検出	＜6.17(検出限界値) 不検出	＜5.34(検出限界値) 不検出	
ニンジン	国分寺市	第四小学校	＜5.26(検出限界値) 不検出	＜5.98(検出限界値) 不検出	＜5.02(検出限界値) 不検出	
ハクサイ	群馬県	第四小学校	＜5.26(検出限界値) 不検出	＜5.98(検出限界値) 不検出	＜5.02(検出限界値) 不検出	
コマツナ	東京都	第四小学校	＜5.61(検出限界値) 不検出	＜6.38(検出限界値) 不検出	＜5.35(検出限界値) 不検出	
ウド	国分寺市	第四小学校	＜5.35(検出限界値) 不検出	＜6.08(検出限界値) 不検出	＜5.10(検出限界値) 不検出	

備 考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社
○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。
○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測 定 実 施 日　平成 30 年 2 月 14 日(水)

◆測定対象施設　小中学校

測 定 品 目	産 地	施 設 名	放射性ヨウ素131 (Bq／kg)	放射性セシウム134 (Bq／kg)	放射性セシウム137 (Bq／kg)	備考
牛乳	神奈川県他9県	小中学校	＜1.68(検出限界値) 不検出	＜1.87(検出限界値) 不検出	＜1.60(検出限界値) 不検出	
ニンジン	国分寺市	第五小学校	＜4.02(検出限界値) 不検出	＜4.38(検出限界値) 不検出	＜3.79(検出限界値) 不検出	
コマツナ	東京都	第五小学校	＜5.53(検出限界値) 不検出	＜6.30(検出限界値) 不検出	＜5.28(検出限界値) 不検出	
キャベツ	愛知県	第五小学校	＜5.72(検出限界値) 不検出	＜6.51(検出限界値) 不検出	＜5.45(検出限界値) 不検出	
キュウリ	埼玉県	第五小学校	＜5.31(検出限界値) 不検出	＜6.04(検出限界値) 不検出	＜5.06(検出限界値) 不検出	
じゃがいも	北海道	第九小学校	＜5.53(検出限界値) 不検出	＜6.07(検出限界値) 不検出	＜5.25(検出限界値) 不検出	
豚ひき肉	埼玉県	第九小学校	＜5.48(検出限界値) 不検出	＜6.01(検出限界値) 不検出	＜5.19(検出限界値) 不検出	
タマネギ	北海道	第九小学校	＜5.17(検出限界値) 不検出	＜5.66(検出限界値) 不検出	＜4.90(検出限界値) 不検出	
ハクサイ	茨城県	第九小学校	＜5.98(検出限界値) 不検出	＜6.56(検出限界値) 不検出	＜5.67(検出限界値) 不検出	
ダイコン	神奈川県	第九小学校	＜5.59(検出限界値) 不検出	＜6.13(検出限界値) 不検出	＜5.30(検出限界値) 不検出	

備 考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測 定 実 施 日　平成 30 年 2 月 16 日(金)

◆測定対象施設　小中学校

測 定 品 目	産 地	施 設 名	放射性ヨウ素131 (Bq／kg)	放射性セシウム134 (Bq／kg)	放射性セシウム137 (Bq／kg)	備考
牛乳	神奈川県他9県	小中学校	＜1.74(検出限界値) 不検出	＜1.89(検出限界値) 不検出	＜1.65(検出限界値) 不検出	
精白米	埼玉県	小学校	＜3.76(検出限界値) 不検出	＜4.25(検出限界値) 不検出	＜3.57(検出限界値) 不検出	
精白米	青森県	中学校	＜3.73(検出限界値) 不検出	＜4.07(検出限界値) 不検出	＜3.52(検出限界値) 不検出	
豚肉	茨城県	中学校	＜5.36(検出限界値) 不検出	＜6.10(検出限界値) 不検出	＜5.11(検出限界値) 不検出	
鶏肉	岩手県	中学校	＜5.60(検出限界値) 不検出	＜6.14(検出限界値) 不検出	＜5.31(検出限界値) 不検出	
大豆	北海道	中学校	＜5.41(検出限界値) 不検出	＜6.16(検出限界値) 不検出	＜5.16(検出限界値) 不検出	
タマネギ	北海道	中学校	＜5.32(検出限界値) 不検出	＜5.84(検出限界値) 不検出	＜5.04(検出限界値) 不検出	
キャベツ	静岡県	中学校	＜5.80(検出限界値) 不検出	＜6.61(検出限界値) 不検出	＜5.54(検出限界値) 不検出	
ニンジン	千葉県	中学校	＜3.67(検出限界値) 不検出	＜4.15(検出限界値) 不検出	＜3.48(検出限界値) 不検出	
ミニトマト	熊本県	中学校	＜5.00(検出限界値) 不検出	＜5.69(検出限界値) 不検出	＜4.77(検出限界値) 不検出	

備 考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜〇〇（検出限界値）”と示しています。
※〇〇には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測 定 実 施 日　平成 30 年 2 月 21 日（水）

◆測定対象施設　小中学校

測 定 品 目	産 地	施 設 名	放射性ヨウ素131 （Bq／kg）	放射性セシウム134 （Bq／kg）	放射性セシウム137 （Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他9県	小中学校	＜1.73（検出限界値） 不検出	＜1.89（検出限界値） 不検出	＜1.64（検出限界値） 不検出	
キャベツ	愛知県	第二小学校	＜5.47（検出限界値） 不検出	＜6.38（検出限界値） 不検出	＜5.24（検出限界値） 不検出	
コマツナ	東京都	第二小学校	＜5.48（検出限界値） 不検出	＜6.39（検出限界値） 不検出	＜5.25（検出限界値） 不検出	
モヤシ	栃木県	第二小学校	＜5.29（検出限界値） 不検出	＜6.17（検出限界値） 不検出	＜5.07（検出限界値） 不検出	
ハクサイ	群馬県	第二小学校	＜5.30（検出限界値） 不検出	＜6.18（検出限界値） 不検出	＜5.08（検出限界値） 不検出	
ニンジン	千葉県	第二小学校	＜5.21（検出限界値） 不検出	＜6.07（検出限界値） 不検出	＜4.99（検出限界値） 不検出	
わかめ	北海道	第八小学校	＜5.30（検出限界値） 不検出	＜5.81（検出限界値） 不検出	＜5.02（検出限界値） 不検出	
カブ	千葉県	第八小学校	＜5.72（検出限界値） 不検出	＜6.27（検出限界値） 不検出	＜5.42（検出限界値） 不検出	
マッシュルーム	岡山県	第八小学校	＜5.46（検出限界値） 不検出	＜5.98（検出限界値） 不検出	＜5.17（検出限界値） 不検出	
クリームコーン	北海道	第八小学校	＜5.24（検出限界値） 不検出	＜5.74（検出限界値） 不検出	＜4..96（検出限界値） 不検出	

備 考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測 定 実 施 日　平成 30 年 2 月 23 日(金)

◆測定対象施設　小中学校

測 定 品 目	産 地	施 設 名	放射性ヨウ素131 (Bq／kg)	放射性セシウム134 (Bq／kg)	放射性セシウム137 (Bq／kg)	備考
牛乳	神奈川県他9県	小中学校	＜1.67(検出限界値) 不検出	＜1.91(検出限界値) 不検出	＜1.61(検出限界値) 不検出	
カブ	東京都	第三小学校	＜5.36(検出限界値) 不検出	＜5.87(検出限界値) 不検出	＜5.08(検出限界値) 不検出	
キャベツ	愛知県	第三小学校	＜5.07(検出限界値) 不検出	＜5.91(検出限界値) 不検出	＜4.86(検出限界値) 不検出	
キュウリ	栃木県	第三小学校	＜5.43(検出限界値) 不検出	＜6.33(検出限界値) 不検出	＜5.20(検出限界値) 不検出	
ゴボウ	青森県	第三小学校	＜3.77(検出限界値) 不検出	＜4.11(検出限界値) 不検出	＜3.55(検出限界値) 不検出	
ダイコン	千葉県	第三小学校	＜5.84(検出限界値) 不検出	＜6.81(検出限界値) 不検出	＜5.60(検出限界値) 不検出	
ニンジン	埼玉県	第七小学校	＜5.90(検出限界値) 不検出	＜6.47(検出限界値) 不検出	＜5.59(検出限界値) 不検出	
コマツナ	東京都	第七小学校	＜6.05(検出限界値) 不検出	＜6.63(検出限界値) 不検出	＜5.74(検出限界値) 不検出	
じゃがいも	北海道	第七小学校	＜5.31(検出限界値) 不検出	＜5.82(検出限界値) 不検出	＜5.03(検出限界値) 不検出	
ナガネギ	国分寺市	第七小学校	＜5.50(検出限界値) 不検出	＜6.02(検出限界値) 不検出	＜5.21(検出限界値) 不検出	

備 考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社
○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。
○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測 定 実 施 日　平成 30 年 2 月 28 日（水）

◆測定対象施設　小中学校

測 定 品 目	産 地	施 設 名	放射性ヨウ素131 （Bq／kg）	放射性セシウム134 （Bq／kg）	放射性セシウム137 （Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他8県	小中学校	＜1.67（検出限界値） 不検出	＜1.91（検出限界値） 不検出	＜1.61（検出限界値） 不検出	
ニンジン	国分寺市	第六小学校	＜4.93（検出限界値） 不検出	＜5.76（検出限界値） 不検出	＜4.74（検出限界値） 不検出	
タマネギ	北海道	第六小学校	＜5.19（検出限界値） 不検出	＜6.06（検出限界値） 不検出	＜4.98（検出限界値） 不検出	
ピーマン	高知県	第六小学校	＜5.16（検出限界値） 不検出	＜6.02（検出限界値） 不検出	＜4.95（検出限界値） 不検出	
ブロッコリー	愛知県	第六小学校	＜6.11（検出限界値） 不検出	＜7.14（検出限界値） 不検出	＜5.87（検出限界値） 不検出	
ニラ	埼玉県	第十小学校	＜5.77（検出限界値） 不検出	＜6.33（検出限界値） 不検出	＜5.47（検出限界値） 不検出	
カブの葉	埼玉県	第十小学校	＜5.37（検出限界値） 不検出	＜5.89（検出限界値） 不検出	＜5.09（検出限界値） 不検出	
キュウリ	宮崎県	第十小学校	＜5.77（検出限界値） 不検出	＜6.33（検出限界値） 不検出	＜5.47（検出限界値） 不検出	
ナガネギ	国分寺市	第十小学校	＜5.64（検出限界値） 不検出	＜6.18（検出限界値） 不検出	＜5.35（検出限界値） 不検出	
ポンカン	愛媛県	第十小学校	＜5.40（検出限界値） 不検出	＜5.92（検出限界値） 不検出	＜5.12（検出限界値） 不検出	

備　考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜〇〇（検出限界値）”と示しています。
※〇〇には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg