

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 平成 24 年 4 月 27 日(金)

◆測定対象施設 市立小・中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq/kg)	放射性セシウム134 (Bq/kg)	放射性セシウム137 (Bq/kg)
牛乳	主に神奈川県	小中学校	<1.82(検出限界値) 不検出	<1.98(検出限界値) 不検出	<1.69(検出限界値) 不検出
人参	静岡県	第五小学校	<11.31(検出限界値) 不検出	<11.33(検出限界値) 不検出	<10.49(検出限界値) 不検出
玉葱	北海道	第五小学校	<10.35(検出限界値) 不検出	<10.37(検出限界値) 不検出	<9.60(検出限界値) 不検出
マッシュルーム	岡山県	第五小学校	<10.29(検出限界値) 不検出	<10.31(検出限界値) 不検出	<9.55(検出限界値) 不検出
大豆	北海道	第五小学校	<11.43(検出限界値) 不検出	<11.45(検出限界値) 不検出	<10.60(検出限界値) 不検出
小松菜	埼玉県	第九小学校	<11.44(検出限界値) 不検出	<11.59(検出限界値) 不検出	<10.70(検出限界値) 不検出
たけのこ	国分寺市	第九小学校	<10.92(検出限界値) 不検出	<11.07(検出限界値) 不検出	<10.22(検出限界値) 不検出
ごぼう	青森県	第九小学校	<10.83(検出限界値) 不検出	<10.97(検出限界値) 不検出	<10.13(検出限界値) 不検出
えのき	長野県	第九小学校	<10.84(検出限界値) 不検出	<10.99(検出限界値) 不検出	<10.14(検出限界値) 不検出
長葱	千葉県	第九小学校	<11.34(検出限界値) 不検出	<11.49(検出限界値) 不検出	<10.60(検出限界値) 不検出

備考

- 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器） ◇EMFジャパン株式会社
 ○測定の結果数値が、検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には「<〇〇（検出限界値）」と示しています。
 ※〇〇には検出限界値が入ります。
 ○「検出限界値」とは、その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい、この値は、測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等）、測定条件（時間、食品重量等）、検査対象品目によって異なります。
 ○放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg